

理学院安全工作简报

2025年第7期

(总第108期)

理学院安全工作小组编

2025年11月27日

【本期导读】

- ✧ 安全新闻
- ✧ 安全检查与通报
- ✧ 安全小知识

【安全新闻】

1. 校安全办开展2025年度安全生产工作年度考核

11月，学校启动2025年度安全生产工作年度考核。分为自查自评阶段和现场考核阶段。

11月27日，校安全办对理学院进行2025年度安全生产工作现场考核，对理学院E楼的4楼、5楼进行了全方位检查。安全办对理学院的安全生产工作给予了肯定，同时也指出了日常管理的不足。例如：消防设施被遮挡、消防通道被部分占用、阳台堆物等。理学院针对以上隐患立即开展整改工作。

【安全检查与通报】

本月，我院安全检查小组开展院内实验室安全巡查，巡查工作认真落实“全覆盖、零容忍”的要求，巡查了我院分布在 HA 楼、E 楼、F 楼、能研院、碳碳大楼、生命楼、G 楼、嘉定化学楼的所有实验室。巡查主要发现问题：1. 高温实验未作实验记录；2. 气瓶使用、存储不合规；3. 个别实验室门口未张贴安全信息牌；4. 接线板使用不规范。本次实验室安全检查中的具体问题如下：

序号	实验室名称	存在隐患	
1	化学系-电化学研究实验室 @HA413	1	高温实验未做实验记录
2	化学系-有机科研实验室 @HA527	1	废液桶应盖好盖子。长时间敞口放置会导致废液挥发到实验室中，对健康不利。
3	化学系-电化学研究实验室 @HA511B	2	实验室存放有二氧化碳气瓶，建议安装氧气浓度报警器，防止二氧化碳泄露出现窒息。二氧化碳应有使用记录。实验室中禁止存放床具睡觉；实验室中存在饮食情况。
4	物理系-超导材料热处理实验室 @G216	1	氧气报警器未开启
5	化学系-有机科研实验室 @HA411	1	气瓶未固定，无状态标识
6	能研院-燃料电池中心@101	1	接线板串联，且放置于地面使用
7	能研院-燃料电池中心@102	2	实验室门口未张贴安全信息牌；实验室废液桶过满，运输存在溢出风险。

请各实验室负责人在整改期限前（2025.12.6 00:00:00）将整改结果上传至实验室综合管理平台（<https://labsafe.shu.edu.cn/>），并烦请做好实验室安全宣传教育，杜绝相同隐患反复出现，确保实验室安全。

【安全小知识】

危险废物处置

- 1、通过实验室管理平台提交回收申请。
- 2、实验室应设立危险废物暂存区，有警示标志并有防渗漏措施。
- 3、危险废物应按照化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存。
- 4、针头等利器许放入利器盒中收集。

- 5、废液应分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4 。
- 6、危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识 。
- 7、严禁将实验室危险废物直接排入下水道，严禁与生活垃圾混装。