

# 理学院安全工作简报

2026年第3期

(总第112期)

理学院安全工作小组编

2026年4月27日

## 【本期导读】

- ◇ 安全新闻
- ◇ 安全检查与通报
- ◇ 安全小知识

## 【安全新闻】

### 1.上海市教委组织专家赴理学院安全检查



为切实筑牢校园实验室安全防线，4月15日，上海市教委组织专项检查组，对HA楼开

展“四不两直”的安全检查。检查过程中，市教委专家对理学院在实验室安全管理方面的整体成效给予了充分肯定，同时也精准指出了日常管理中存在的短板与不足。主要隐患问题集中在三个方面：一是气瓶固定不牢靠；二是安全标识不规范，实验室门外的部分安全警示标识已经废止，未采用现行国标的指定标识；三是危化品管理有漏洞，个别实验室配置的稀盐酸溶液日期不明确等情况。

针对上述问题，理学院高度重视，第一时间通知到实验室安全责任人，明确“责任到人、限期清零、闭环管理”的整改原则，要求各实验室切实加强安全管理。

## 2. 资产与实验室管理部赴理学院开展基层调研座谈



4月27日，资产与实验室管理部部长王林君教授带领部门一行12人赴理学院，就安全生产、实验室运行及资产管理等重点工作开展专题基层调研。理学院分管安全生产与资产管理工作的副院长袁帅教授、化学实验中心副主任郗鑫耀教授、物理实验中心副主任张赛锋副教授，以及各部门安全员共同参加调研座谈会。

会上，理学院围绕当前安全生产管理、实验室运行保障及资产管理工作中的重点难点问题详细汇报，重点反映了资产管理系统与实验室安全管理平台功能优化完善、实验队伍绩效考核与职称晋升路径、大型仪器设备共享绩效考核机制等方面存在的实际困难与现实需

求。

资产与实验室管理部各条线负责同志针对学院提出的问题逐一回应，结合政策要求与工作实际作出细致解答。双方围绕工作堵点、难点深入交流，逐项研讨解决方案与推进路径，进一步凝聚工作共识、明确改进方向。

王部长认真听取汇报与交流情况，对理学院在安全生产、实验室管理及资产运行等方面的工作成效给予肯定，并就下一步工作提出指导性意见。他强调，要持续强化安全底线思维，不断优化管理服务效能，健全完善实验室与资产管理长效机制，切实解决基层实际问题，全力保障教学科研工作高质量开展。

此次调研深入基层、直面问题，有效搭建起部门与学院的沟通桥梁，推动解决一批实际困难，为后续提升资产管理、实验室安全与运行服务水平奠定了坚实基础。

## 【安全培训】

### 理学院组织安全骨干参加2026年高校实验室安全工作培训

为深入贯彻落实高校实验室安全管理要求，切实筑牢校园安全防线，保障师生人身安全和校园稳定，教育部科学技术与信息化司、高等教育司于4月23日组织开展“2026年高校实验室安全工作培训”。我校统一在A123会议室开展集中线下学习，理学院高度重视、精心组织，选派6名实验室安全工作骨干参加本次培训。

培训会上，上级部门对2026年高校实验室安全相关工作进行全面部署。与会专家围绕实验室安全政策法规、安全基础理论、日常管理实践、典型案例警示等内容作专题报告与经验交流，对本年度实验室安全重点任务、工作标准和推进要求进行详细解读。

培训重点强调，要坚决筑牢实验室安全“最后一公里”，抓实抓细实验室层级安全培训与常态化风险隐患排查评估，把安全责任落实到岗、到人，切实提升一线人员安全意识、操作规范和应急处置能力，从源头防范化解安全风险。

通过此次培训，理学院安全骨干进一步明晰了上级工作要求，强化了安全底线思维，提升了专业管理能力。下一步，学院将以此次培训为契机，严格落实各项安全管理制度，持续深化实验室安全培训教育和风险排查整治，不断夯实安全管理基础，全力保障学院教学科研工作安全、有序、稳定运行。

**【安全检查与通报】**

本月，我院安全检查小组开展院内实验室安全巡查，巡查工作认真落实“全覆盖、零容忍”的要求，巡查了我院分布在 HA 楼、E 楼、F 楼、能研院、碳碳大楼、生命楼、G 楼、嘉定化学楼的所有实验室。巡查主要发现问题：1.管制类化学品存储不合规；2.高温实验无人值守、无使用记录；3.个人防护不到位等。本次实验室安全检查中的具体问题如下：

| 序号 | 实验室名称                 | 存在隐患 |                            |
|----|-----------------------|------|----------------------------|
| 1  | 物理系-机房@G116           | 1    | 空调故障，导致机房温度过高              |
| 2  | 物理系-器件物理实验室@G109      | 2    | 丙酮未执行双人双锁管理；高温实验无人值守，无使用记录 |
| 3  | 物理系-光信息实验室@G329       | 1    | 管制类化学品柜未执行双人双锁管理           |
| 4  | 化学系-有机科研实验室<br>@HA417 | 1    | 通风橱未拉下                     |
| 5  | 化学系-有机科研实验室<br>@HA405 | 1    | 实验室饮食                      |
| 6  | 化学系-有机科研实验室<br>@HA527 | 1    | 试剂长期存放在通风橱                 |
| 7  | 物理系-超导材料热处理实验室@G216   | 1    | 高温实验，无人值守，且无使用记录           |

**请各实验室负责人在整改期限前（2026.5.10 00:00:00）将整改结果上传至实验室综合管理平台（<https://labsafe.shu.edu.cn/>），并烦请做好实验室安全宣传教育，杜绝相同隐患反复出现，确保实验室安全。**

## 【安全小知识】

### 水热反应釜

- 1、严禁超压使用水热釜，实验前必须计算反应体系在实验温度下的压力。
- 2、使用前对外套和内胆进行外观检查。
- 3、严禁加入的反应物料超过内容积的2/3。
- 4、严禁水热釜过热。
- 5、严禁将水热釜在水中骤冷 。
- 6、水热釜完全自然冷却至室温方可缓慢打开。