

理学院安全工作简报

2026年第4期

(总第113期)

理学院安全工作小组编

2026年5月27日

【本期导读】

- ◇ 安全新闻
- ◇ 安全检查与通报
- ◇ 安全小知识

【安全新闻】

理学院开展实验室安全检查



为进一步压实校园实验室安全管理责任，彻底排查整治各类安全隐患，切实筑牢校园安全防护屏障，5月27日，学院党委书记崔巍带队对HA楼、G楼实验室开展全面检查。学院分管安全生产工作副院长袁帅、治保主任陆玥全程陪同参与检查工作。

本次检查聚焦实验室安全生产关键环节和重点风险点，采取实地查看、现场问询、细节核查的方式开展全面排查。检查过程中，袁院长针对实验室日常安全管理工作进行细致督导，精准排查日常管理中的短板漏洞，梳理出三类突出安全问题。一是部分实验室气瓶固定措施不到位，存在松动、固定不牢靠的问题，易引发安全事故；二是实验室违规堆放大量易燃纸箱等杂物，可燃物堆积过多，火灾防控风险突出，存在严重消防安全隐患；三是个别实验室内部物品摆放杂乱无序，分区管理不规范，同时部分进入实验室的师生个人防护措施落实不到位，安全操作规范执行不严，整体安全防范意识薄弱，日常安全管理细节落实不够扎实。

检查结束后，学院党委书记崔巍对我院现阶段实验室安全管理工作取得的整体成效予以肯定，同时强调，实验室是校园安全管理的重点区域，安全工作无小事，必须时刻绷紧安全生产这根弦，杜绝麻痹松懈思想，坚决守住校园安全底线。

针对本次检查发现的各类安全隐患与管理问题，学院安全工作小组高度重视，第一时间梳理问题清单、明确整改责任，迅速将整改通知传达至各实验室安全责任人。同时确立“责任到人、限期清零、闭环管理”的整改工作原则，要求各实验室对照问题清单逐项对标整改，细化整改措施、明确整改时限、压实岗位责任，常态化排查整治安全隐患，切实补齐安全管理短板，全力筑牢学院实验室安全稳定防线。

【安全检查与通报】

本月，我院安全检查小组开展院内实验室安全巡查，巡查工作认真落实“全覆盖、零容忍”的要求，巡查了我院分布在HA楼、E楼、F楼、能研院、碳碳大楼、生命楼、G楼、

嘉定化学楼的所有实验室。巡查主要发现问题：1.管制类化学品存储不合规；2.高温实验无人值守、无使用记录；3.个人防护不到位等。本次实验室安全检查中的具体问题如下：

序号	实验室名称	存在隐患	
1	物理系-超导电磁应用实验室 @G227	3	实验室应每日进行安全检查，并留有记录。强磁、大电流设备属于重要危险源，应具有使用记录、应急预案、操作规程。实验室易燃纸箱太多，建议使用不易燃的整理箱做收纳。
2	物理系-公共实验室@G407	1	气瓶不应使用气瓶运输车固定，请使用气瓶架或者靠墙使用固定链固定
3	化学系-有机科研实验室 @HA411	1	高温箱附近需要张贴安全操作规程和应急预案，需要张贴高温警示标识，配一本设备使用登记台账。
4	能研院北楼-锂电中心@102	2	实验室门口无安全信息牌，请到系统中下载并彩色打印张贴。废液桶下应放置防漏托盘，且废液桶启用前应粘贴学校统一印制的黄标签，登记好废液信息。
5	化学系-无机科研实验室 @HA301	3	实验台面有大量洒出的油污，请及时清理保持台面整洁。氢气报警器未开启。化学品距离高温设备太近，应保持安全距离，建议放置于试剂柜中储存。
6	能研院-先进电极材料中心 @202	1	一支氢氩混合气瓶未固定，无状态标识。

请各实验室负责人在整改期限前（2026.6.10 00:00:00）将整改结果上传至实验室综合管理平台（<https://labsafe.shu.edu.cn/>），并烦请做好实验室安全宣传教育，杜绝相同隐患反复出现，确保实验室安全。

【安全小知识】

加热设备安全

1、加热设备周围有一定的散热空间，周围不能放置易燃易爆化学品、气瓶、冰箱、杂物等，应远离配电箱、插座、接线板等设备。

2、周边醒目位置张贴警示标志和操作规程，并有必要的防护措施。

3、烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品。

4、使用加热设备时，温度较高的实验须有人值守或有实时监控措施。

5、明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头。